

## Detector de gás guardado na UCI-38



## Detector de gás modelo MICROCLIP XL



Deve ser armazenado na caixa (imagem acima) envolto em plástico bolha, equipamento calibrado e sensível para um funcionamento 100%.

**Oxigênio:**

0 a 30%

**Gases combustíveis:**

0 a 100% LEL

**Monóxido de Carbono (CO):**

0 a 500 ppm

**Gás Sulfídrico (H<sub>2</sub>S):**

0 a 100 ppm

